＊＊2014 年 07 月 01 日改訂（第 4 版）
＊2013 年 03 月 01 日改訂（第 3 版）

医療機器届出番号：26B1X00004000184

機械器具６８　印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科用咬合器　10201000

ハンディ咬合器ⅡＡ型

【形状・構造及び原理等】

［外観］



［構成］

簡易型平均値咬合器

番号	部品の名称
①	スプリング
②	内側止ネジ
③	中心位止ネジ
④	支柱
⑤	下顎模型弓
⑥	下顎模型維持棒
⑦	スプリットキャストプレート（マグネット付き）
⑧	モデルプレート
⑨	上顎模型維持棒
⑩	上顎模型弓
⑫	切歯指導釘固定ネジ
⑬	咬合平面板
⑯	切歯指導標
⑰	切歯指導釘
⑱	切歯指導板

番号	各部の名称
⑪	正中線
⑭	正中線
⑮	正中交点
⑲	ゴムリング指標

［寸法］

1）外径寸法　　本体　　幅 150×奥行 156×高さ 103.5 ㎜
2）上弓・下弓間距離　　81 ㎜
3）開口角　　135 °

［動作原理］

咬合平面板を利用して上顎模型を平均的位置にセットし、下顎運動をシミュレートする平均値咬合器である。

【使用目的、効能又は効果】

補綴物の製作に用いる。

【品目仕様等】

特性・性能又は機能

1）型式　　平均値咬合器
2）顆頭間距離　　105㎜
3）矢状顆路傾斜　　25 °
4）ボンウィルの三角形と咬合平面との傾斜角　　25 °
5）インサイザルテーブル　矢状・側方切歯路角　各 10 °

【操作方法又は使用方法等】

1）咬合平面板にて上顎模型を平均値で上顎模型弓に位置付け装着し、咬合平面板を取り除いて、下顎模型を上顎模型に合わせて安定した状態の位置で装着します。
2）通法により人工歯の排列を行ないます。

【使用上の注意】

1）使用注意
①付属の取扱説明書等を必ず参照すること。
②本器は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
③本器は、歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

【包装】

［セット包装］

ハンディ咬合器ⅡＡ型：一式

［補充部品］

1）スプリットキャストプレート（マグネット付き）
2）モデルプレート
3）咬合平面板
4）切歯指導標
5）切歯指導釘

＊＊＊**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売元　　株式会社　松風
住所　　〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号　　075-561-1112

＊＊＊製造元　　株式会社　松風プロダクツ京都

取扱説明書等を必ずご参照ください。